

**МУ «КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ Г. УЛАН-УДЭ»**  
**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение**  
**Детский сад № 15 «Радуга» г. Улан-Удэ общеразвивающего вида**

670018, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пос. Аэропорт, дом № 33,  
тел (факс): 8(3012)22-67-94, e-mail: [mdouraduga15@mail.ru](mailto:mdouraduga15@mail.ru)


Отделу (инспекции)  
государственного надзора по РБ  
ДМТУ Росстандарта

Исх. № 5  
от «04» марта 2020г.

Отчет по предписанию № М-02 от 21.02.2020г.

По предписанию № М-02 от 21.02.2020 года выполнены следующие мероприятия по устранению замечаний:

1. Поверен ростомер медицинский Диакомс РМ-1, заводской номер отсутствует, инв № 021.1.1135, Свидетельство о поверке № 206/3 от 17.02.2020г.,
2. Поверены весы напольные медицинские ВМЭН-150-50/100-Д1А, заводской номер 00120, результаты поверки указаны в паспорте, дата 18.02.2020г., оттиск клейма на юстировочном отверстии I квартал 2020года.
3. Поверены весы электронные ТВ-S-200/2-A3, заводской номер 60749, результаты поверки указаны в паспорте, дата 18.02.2020г., оттиск клейма на планке I квартал 2020года.
4. Поверены весы электронные настольные МК-15.2-A22, заводской номер 84619, результаты поверки указаны в паспорте, дата 18.02.2020г., оттиск клейма на планке I квартал 2020года.
5. Поверены весы электронные настольные МК-15.2-A22, заводской номер 84619а, результаты поверки указаны в паспорте, дата 18.02.2020г., оттиск клейма на планке I квартал 2020года.
6. Поверены весы электронные настольные МК-15.2-A22, заводской номер 84561, результаты поверки указаны в паспорте, дата 18.02.2020г., оттиск клейма на планке I квартал 2020года.
7. Поверены весы электронные настольные МК-15.2-A22, заводской номер 84616, результаты поверки указаны в паспорте, дата 18.02.2020г., оттиск клейма на планке I квартал 2020года.
8. Поверены весы напольные медицинские ВМЭН-150-50/100-Д1А, заводской номер 01936, результаты поверки указаны в паспорте, дата 18.02.2020г., оттиск клейма на юстировочном отверстии I квартал 2020года.
9. Поверены весы электронные настольные МК-15.2-A22, заводской номер 52371, паспорт отсутствует, Свидетельство о поверке № 198/3, дата поверки 17.02.2020г., оттиск клейма на планке I квартал 2020года.
10. Списан и утилизирован ростомер инв № 999.2.1065, акт списания № б/н от 20.02.2020г., акт утилизации от 20.02.2020г., приобретен ростомер РМ-2 Диакомс, зав № 106498, дата поверки указана в паспорте 10.12.2019г.

Заведующий МБДОУд/с № 15  А.Н.Базарова

